STRANFFORD

FICHA TECNICA

CE 0161

CAT III

MASCARILLA PROTECCION ***FFP2***

FABRICANTE :	STRANFFORD TEXTIL S.L
CLASIFICACION SEGÚN LA NORMA :	EN 149:2001 + A1:2009
TIPO :	MASCARILLA FILTRANTE - NR FFP2
CERTIFICADO CE 0161 :	CERTIFICACION Nº20/3327/00/0161 (AITEX)
REFERENCIA MASCARILLA :	03021960

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

*COMPOSICION MASCARILLA 5 CAPAS :
1ª CAPA POLIPROPILENO SPUNBOND
2ª CAPA MELT-BLOWN
3ª CAPA AIR COTTON
4ª CAPA MELT-BLOWN
5ª CAPA POLIPROPILENO SPUNBOND
*DOBLE GOMA DE AJUSTE SIN LATEX
*CLIP NASAL PARA AJUSTE
*MASCARILLA NO REUTILIZABLE

INFORME DE ENSAYO AITEX Nº2020EC4248

INSPECCION VISUAL : *CUMPLE*
PENETRACION DEL FILTRO CON ACEITE PARAFINA : *97,4% CUMPLE*
PENETRACION DEL FILTRO CON CLORURO SODICO : *99,4% CUMPLE*
CONTENIDO DE CO2 EN AIRE INHALADO : *CUMPLE*
RESISTENCIA A LA RESPIRACION : 2,2 l/m *CUMPLE*
INFLAMABILIDAD : *CUMPLE*
DETERMINACION DE LA FUGA HACIA EL INTERIOR : *CUMPLE*
COMPORTAMIENTO PRACTICO : *CUMPLE*

MADE IN SPAIN
European Quality

INSTRUCCIONES DE USO

1.Sujetela con una mano , con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.

2.Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz

3.Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.

4.Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de las mascarillas están en contacto directo con la cara.

5.Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes , modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita esta proceso hasa que no detecte ninguna fuga.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

*Almacenamiento en interiores con humedad inferior al 80% sin gases corrosivos y bien ventilado , lejos del calor.

ETIQUETADO Y EMBALAGE DEL PRODUCTO

El etiquetado del producto cumple con los requesitos de la normativa EN 149:2001+A1:2009.
Embalage en cajas de 20 unidades embolsadas individualmente.
Contenido de caja : 27 cajas de 20u total 540u.

DISEÑO MASCARILLA Y EMBALAGE





MADE IN SPAIN
European Quality